



- 성형하지 않은 암석 또는 콘크리트의 인장강도시험이 가능. 실험실뿐만 아니라 현장에서 실용적인 시험기임. 시험편을 2점의 선단으로 점재하 하는것으로 인장강도를 계산, 산출함

■ 규격

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1. 최대하중 | : 용량 5,500kgf(55kN) |
| 2. 재하가압판 | : 표준형, 단추형(Point) 1조 |
| 3. 적용공시체 | : 재하점간 약 110mm |
| 4. 재하장치 | : 유압식 수동가압재하장치 |
| 5. 하중계측 | : Digital 표시 0 ~ 55kN × 0.001kN |
| 6. Dimension | : 약 560(H) × 300(W) × 530(D)mm / 60kg |
| 7. 격납상자 | : 운반용 목재격납상자 |