

압밀시험기



Consolidation Testing Apparatus MIS-232-1-03~56

- 단위면적부하방식을 채택하여 사용이 용이. Lever비를 28.27 : 1로 하여 공시체단면적과 같이하야, 1kg의 Weight를 재하하면 공시체에 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 이 가해짐
- 규격
 1. 규격 : JIS A 1217 압밀시험방법
 2. 적용공시체 : $60 \times 20(\text{H})\text{mm}$
 3. 최대 압밀하중 : 03~10형 표준형 $1,255\text{N}/\text{m}^2$ ($12.8\text{kg}/\text{cm}^2$)
: 23~30형 중량형 $2,510\text{N}/\text{m}^2$ ($25.6\text{kg}/\text{cm}^2$)
: 56형 중량형 $5,021\text{N}/\text{m}^2$ ($51.2\text{kg}/\text{cm}^2$)
 4. 재하방식 : 정하중 Lever식 28.27 : 1
 5. 시료용기 : JIS 고정환식 Stainless
 6. 심하량 : Dial Gauge $10 \times 0.01\text{mm}$
 7. 압밀하중단계 : JIS 규격에 의함