

초기 내수성 시험 장치 MIT-625-1형



▷▶ 온도, 비, 바람에 의한 도료의 초기 내수성 시험

사양

- 도막재 : 약 200×300×10T(mm), 경사 재료
- 수납수량 : 15개
- 온도 : -10℃~50℃(±1℃)
- 습도 : 30~95%(5%RH)
- 강우량 : 10~25mmL/H
- 분무량(안개비) : 1~5 mmL/H
- 풍속 범위 : 0~3m/sec

 특징

- 초기 도막 재료의 비, 바람, 온도에 의한 내수성 Test 가능
- 시험조건, 시험시간, 온도의 설정은 Touch 패널 조작으로 간단히 실행
- 자기진단 기능이 있어 Maintenance가 안정되고 간단히 조치됨
- 풍동실험에 온도를 가한 시험이 가능
- 여름, 겨울의 도막의 마름 상태가 틀림. 그것에 비, 바람을 가해서 도막의 Test를 실행

형식	적용재료	본체외부치수	내부 치수	시험항목	전원
MIT-625-1-01	도막재료	W2,600×D1,000×H1,800(mm)	W1,350×D840×H700(mm)	온도, 습도, 비, 안개비, 풍속	220V, 3상, 40A